Kit batteria RHTemp80 XL, RHTemp125 XL

La batteria degli RHTemp80 XL, RHTemp125 XL è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce. E' possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione.

Nota: al di sotto dei -30°C la durata della batteria è notevolmente ridotta.

Accessori

- Strumento apri logger universale

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733