Certificato di calibrazione di pressione

I data logger che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura e/o pressione sono:

- serie PressureDisk

I punti di calibrazione standard (la temperatura solo per PressureDisk, per PressureDisk 05 e PressureDisk V solo pressione) sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C
- 125°C
- 140°C
- 10 mbar
- 30 mbar (solo PressureDisk V)
- 100 mbar (solo PressureDisk V)
- 300 mbar (solo PressureDisk V)
- 1 bar (non per PressureDisk V)
- 2 bar (non per PressureDisk V)
- 3 bar (non per PressureDisk V)
- 4 bar (non per PressureDisk V)

Certificato di verifica calibrazione / Calibration certificate

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu

UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733