Certificato di calibrazione di umidità

I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di umidità sono:

- HumiStick
- serie HumiUSB
- HumiPDF
- RHTPUSB
- PressPDF
- serie RHTemp

I punti di calibrazione standard, tranne per la serie RHTemp, sono:

- 5°C
- 30°C
- 50°C
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

I punti di calibrazione standard, per la serie RHTemp, sono:

- 25°C
- 50°C
- 80°C
- 125°C (solo per RHTemp 125)
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C



Certificato di verifica calibrazione
Certificate of calibration verification

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733