

# Certificato di calibrazione di umidità



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di umidità sono:

- HumiStick
- serie HumiUSB
- HumiPDF
- RHTPUSB
- PressPDF
- serie RHTemp

I punti di calibrazione standard, tranne per la serie RHTemp, sono:

- 5°C
- 30°C
- 50°C
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

I punti di calibrazione standard, per la serie RHTemp, sono:

- 25°C
- 50°C
- 80°C
- 125°C (solo per RHTemp 125)
- 30% @ 25°C
- 50% @ 25°C
- 70% @ 25°C

**Certificato di verifica calibrazione**  
**Certificate of calibration verification**

Strumento / Instrument: Data Logger di temperatura e Umidità / Temperature and Humidity Data Logger  
Costruttore / Manufacturer: Tecnosoft  
Modello / Model: HumiStick  
Numero di serie / Serial Number: 1000028000740

Temperatura di riferimento / Reference temperature °C	Temperatura misurata / Temperature measured °C	Scostamento rispetto al riferimento / Error
0.00	0.00	0.02
50.00	50.00	0.00
100.00	100.00	0.00

Umidità nominale / Nominale humidity %	Umidità misurata / Measured humidity %	Scostamento rispetto al riferimento / Error
30.00	30.00	0.01
50.00	50.00	0.00
70.00	70.00	0.00

Tracce Visuali / Apparente campione di riferimento / Reference sample standard Apparente: 100%  
Umidità misurata / Measured humidity: 100%  
Scostamento rispetto al riferimento / Error: 0.00

Tracce Visuali / Apparente campione di riferimento / Reference sample standard Apparente: 50%  
Umidità misurata / Measured humidity: 50%  
Scostamento rispetto al riferimento / Error: 0.00

Tracce Visuali / Apparente campione di riferimento / Reference sample standard Apparente: 30%  
Umidità misurata / Measured humidity: 30%  
Scostamento rispetto al riferimento / Error: 0.00

Stampato in Data / Printed on: 01/08/2016  
Data di calibrazione / Calibration date: 01/08/2016  
Camera climatica / Climate Chamber: YAMAHA/YAMAHA 21082011  
Camera climatica / Climate Chamber: Climate Chamber Model: MP 240-20-10002

