

Certificato di calibrazione per alte temperature



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

Certificato di calibrazione / Calibration certificate

Modello / Instrument: Data logger di temperatura / Temperature data logger
Distributore / Manufacturer: TECNOsoft srl
Modello / Model: 95100002
Numero di serie / Serial number: 95100002
Numero certificato / Certificate number: 9500 10002

Temperatura di riferimento / Reference temperature °C	Temperatura calibrata / Calibrated temperature °C	Tolleranza di misura / Tolerance °C
25.75	25.75	0.05
50.00	50.00	0.05
75.00	75.00	0.05
100.00	100.00	0.05
125.00	125.00	0.05
140.00	140.00	0.05

Dato di calibrazione / Calibration date: 2009/09/11
Data interrogazione prossima calibrazione / Next calibration check date: 2009/09/11
Modello di calibrazione / Calibration instrument: Sonda Termocoppia: SSK-CT5000 006 / 111 100007
Terminologia completa / Reference Documentation: Pagine TecnoSoft, Assistenza, 000004 00

Tecnosoft Data logger 95100002 è un 95100002 ed è stato calibrato da TECNOsoft srl

