

Certificato di calibrazione per alte temperature



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

TECNOsoft TECNOsoft s.r.l. - Via Galvani, 4 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy
Tel. (+39) 02 2692 2888 - Fax (+39) 02 2692 2875
Email: info@tecnosoft.eu - Web: www.tecnosoft.eu

Certificato di calibrazione / Calibration certificate

Modello / Instrument: Data logger di temperatura / Temperature data logger
Distributore / Manufacturer: TECNOsoft s.r.l.
Modello / Model: 10000000
Numero di serie / Serial number: 001000000
Numero certificato / Certificate number: 1400 10000

Temperatura di riferimento / Reference temperature (°C)	Temperatura calcolata / Calculated temperature (°C)	Scostamento da riferimento / Deviation from reference (°C)
25.75	25.75	0.00
50.00	50.01	0.01
75.00	75.00	0.00
100.00	100.00	0.00
125.00	125.00	0.00
140.00	140.00	0.00

Data di calibrazione / Calibration date: 2009/09/11
Data interrogazione prossima calibrazione / Next calibration check date: 2009/09/11
Modello di calibrazione / Calibration instrument: Sonda Termocoppia: SSB-CT5000 SR111 100007
Terminologia completa / Reference Documentation: Pagine: Tecno Access, 000004 01
TecnoSoft Data logger 10000000 s.r.l. 100000000 will deliver calibration of the 10000000 10000000

