Kit batteria -80°C MicroW L Ultra Freeze

Per monitoraggi lunghi a -80°C usando il MicroW L Ultra Freeze c'è una batteria speciale per -80°C. Questa batteria è sostituibile anche dall'utente in maniera semplice e veloce come quella standard. E' possibile acquistare nuovi kit batteria (ogni kit include una batteria nuova, un o-ring nuovo che deve sempre essere sostituito ad ogni apertura e le istruzioni di sostituzione) oppure il servizio di sostituzione presso Tecnosoft, solitamente eseguito al momento della ricalibrazione. E' disponibile uno strumento per aprirli facilmente.

Nota: al di sotto dei -30°C la durata della batteria è notevolmente ridotta. Durata massima di una missione a -80°C: 2 mesi. Con uso prolungato al di sotto dei -40°C la durata massima della missione si riduce costantemente. Massima temperatura di utilizzo della batteria speciale per -80°C: 80°C: RIMUOVETELA ED MONTATE QUELLA STANDARD SE VOLETE USARE IL LOGGER IN AUTOCLAVE O SOPRA GLI 80°C.

Accessori

- Strumento apri logger universale

Specifiche tecniche

Tipo batteria	1 x 1/2AA 3,6 volt

Tecnosoft srl
Via Galvani, 4, 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
T: (+39) 02 2692 2888 - F: (+39) 02 2692 2875
email: info@tecnosoft.eu - web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733