

Certificato di calibrazione per alte temperature



I data logger che possono essere forniti su richiesta o che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura sono:

- serie SterilDisk
- serie Micro
- serie MicroW (alcune versioni con certificati particolari)
- serie S-Disk J (alcune versioni con certificati particolari)
- serie Radio

I punti di calibrazione standard sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C (ultimo punto per le serie Pasteur- e P-)
- 125°C
- 140°C

TECNOsoft
Via Galvani, 4 - 20068, Peschiera Borromeo (MI), Italy
Tel. (+39) 02 2692 2888 - Fax (+39) 02 2692 2875
Email: info@tecnosoft.eu - Web: www.tecnosoft.eu
UNI EN ISO 9001:2008 Certiquality/IQNet N. 17733

Certificato di calibrazione / Calibration certificate

Strumento / Instrument: Data logger di temperatura / Temperature data logger
Distributore / Manufacturer: TECNOsoft srl
Modello / Model: 95100002
Numero di serie / Serial number: 95100002
Numero certificato / Certificate number: 9500 10022

Temperatura di riferimento / Reference temperature	Temperatura calibrata / Calibrated temperature	Scostamento da riferimento / Offset
25.75	25.75	0.00
50.00	50.00	0.00
75.00	75.00	0.00
100.00	100.00	0.00
125.00	125.00	0.00
140.00	140.00	0.00

Data di calibrazione / Calibration date: 2009/09/11
Data interrogazione prossima calibrazione / Next calibration check date: 2009/09/11
Strumento di calibrazione / Calibration instrument: Sika T5000000 - Sika CTS500 000 111 00007
Terminologia completa / Reference Documentation: PEPAN: T5000000_000004 01
Tecnosoft Data logger 95100002 è un 95100002 ed è stato calibrato da TECNOsoft srl

Caratteristiche principali

