

Certificato di calibrazione di pressione



I data logger che sono forniti sempre di certificato di calibrazione di temperatura e/o pressione sono:

- serie PressureDisk

I punti di calibrazione standard (la temperatura solo per PressureDisk, per PressureDisk 05 e PressureDisk V solo pressione) sono:

- 25°C
- 50°C
- 75°C
- 100°C
- 125°C
- 140°C
- 10 mbar
- 30 mbar (solo PressureDisk V)
- 100 mbar (solo PressureDisk V)
- 300 mbar (solo PressureDisk V)
- 1 bar (non per PressureDisk V)
- 2 bar (non per PressureDisk V)
- 3 bar (non per PressureDisk V)
- 4 bar (non per PressureDisk V)

Certificato di verifica calibrations / Calibration certificate

Modello / Modello: PressureDisk
Numero di serie / Serial number: 10000000000000000000

Temperature / Temperature

Temperatura di riferimento / Reference temperature	Temperatura Calibrata / Calibrated temperature	Scostamento del valore / Error
25.00	25.00	0.00
50.00	50.00	0.00
75.00	75.00	0.00
100.00	100.00	0.00
125.00	125.00	0.00
140.00	140.00	0.00

Pressione / Pressure

Pressione di riferimento / Reference pressure	Temperatura / Temperature	Pressione calibrata / Calibrated pressure	Scostamento del valore / Error
10	25.00	10.00	0.00
30	25.00	30.00	0.00
100	25.00	100.00	0.00
300	25.00	300.00	0.00
1	25.00	1.00	0.00
2	25.00	2.00	0.00
3	25.00	3.00	0.00
4	25.00	4.00	0.00

Caratteristiche principali

